

2. 采购技术要求

凝血分析仪设备主要功能：用于床旁凝血检测。

设备出厂日期与交货日期间隔不超过6个月。

设备技术参数：

- 1、样本类型：抗凝静脉全血20-200ul；
- 2、工作模式：插卡式、支持条码扫描或手动输入、支持数据传输（有线或无线），将样本加入加样孔内，自动识别开始测试。
- 3、测试速率：≤5分钟，ACT（正常样本）
- 4、检测通道：≥1个
- 5、信息支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接。
- 6、存储数据：≥300条检测记录，≥12条质控记录

配套耗材参数：配套凝血分析仪产品使用，符合国家标准。

- 1、凝血分析仪（ACT）试剂（激活全血凝固时间测定试剂盒凝固法）
- 2、反应时间：正常样本≤5分钟；
- 3、参考区间：80.00s-140.0s；
- 4、线性范围：50-600s；
- 5、配采样管可调加样器。
- 6、有效期：≥18个月；存储温度：2-30度；

试剂耗材报价不得高于江西省药品和医用耗材招采系统挂网价，且须按照实际采购价在江西省药品和医用耗材招采系统议定成交或随订单上传发票。

注：以上技术要求必须全部满足，否则响应无效。